

Ügyiratszám:	Ügyszám OAH-2020-01944/2020	Határozat szám SVR-HA8843	Iktatószám OAH-2020-01944-0003/2020
Ügyintéző:	Császár Viktória		
Ügyfél:	SK Battery Manufacturing Kft. 2900 Komárom, Klapka György út 39.		
Ügyfél képviselője:	Jun Yong Jeong		
Sugárvédelmi szakértő:	Bátor Gergő		

Tárgy: Az SK Battery Manufacturing Kft. kérelmére radioaktív anyag alkalmazásának engedélye

H A T Á R O Z A T

Az **SK Battery Manufacturing Kft.** (székhely: 2900 Komárom, Klapka György út 39.), (a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére az alábbi, beépített radioaktív sugárforrásokot tartalmazó vastagságmérő berendezések üzemeltetésére engedélyt adok a következő feltételekkel:

1. Alkalmazás helyszíne: SK Battery Manufacturing Kft. Electrode üzem
B01 Electrode üzemcsarnok (2900 Komárom, Irinyi János u. 9.)
2. Alkalmazható zárt radioaktív sugárforrások:

Berendezés					
üzemeltetés helyszíne	db	gyártó	típus	beépített sugárforrás berendezésenként/aktivitás	jelleg
Anode Coating Line	6	Yokogawa Electric Corp.	WG41F11D	1 db Kr-85/ 15,54 GBq	vastagságmérő berendezés
Cathode Coating Line	6	Yokogawa Electric Corp.	WG41F11D	1 db Kr-85/ 15,54 GBq	vastagságmérő berendezés

3. Az engedélyezett tevékenység a Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2020. március 9-én kelt, „1. kiadás/1. változat” jelölésű Sugárvédelmi Leírásban, és a Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2020. március 9-én kelt, „1. kiadás/1. változat” jelölésű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásával végezhető.
4. Az Ügyfél bejelenti az Országos Atomenergia Hivatalhoz (a továbbiakban: OAH) a radioaktív anyag alkalmazásának megkezdését, legalább 30 nappal a tervezett tevékenység megkezdését megelőzően.
5. Jelen engedély kiadását követően a radioaktív anyag alkalmazása megkezdésének feltétele az OAH ellenőrzése, amely során az OAH ellenőrzi *az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről* szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) követelményeinek teljesülését, továbbá a Sugárvédelmi Leírásban foglaltak megvalósulását.

Az Országos Atomenergia Hivatal engedélye 2028. április 2-ig hatályos.

A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs, jelen határozat a közléssel végleges és végrehajtható. A határozat ellen, annak közlésétől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozva – a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de az OAH-hoz benyújtott, kereseti kérelemnek van helye. A pert az OAH ellen kell megindítani. A pert a bíróság tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve, ha a tárgyalás megtartását a peres felek bármelyike kifejezetten kéri. E kérelem elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Jelen határozat halasztó hatályának elrendelésére az ügyben eljáró bíróság jogosult. A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 forint, azonban a perben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Megállapítom, hogy az ionizáló sugárzást létrehozó berendezés üzemeltetési engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 67.200 forint, melyet az Ügyfél lerótt.

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél az OAH-nál 2020. március 10-én érkezett, OAH-2020-01944-0001/2020. számon iktatott kérelmet nyújtott be beépített radioaktív sugárforrásokot tartalmazó vastagságmérő berendezések üzemeltetésének engedélyezése iránt. A kérelem alapján 2020. március 11. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. Jelen ügyben az ügyintézési határidő - *a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről* szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: 2006. évi LIII. törvény) 3. § (1) bekezdés alapján - 42 nap.

Tájékoztatom, hogy a 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése értelmében a kiemelt jelentőségű ügyben eljáró OAH az általa meghozott döntést hirdetményi úton közli.

A 2006. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdés értelmében a döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A kérelmezett tevékenység végzéséhez a Korm. rendelet 53. § (1) bekezdés 1. pontja értelmében az OAH által kiadott engedély szükséges.

Az Ügyfél 2020. március 30. napján, OAH-2020-01944-2/2020. iktatószámon kiegészítést nyújtott be.

A döntésnél figyelembe vett dokumentumok:

- A Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2020. március 9-én kelt, „1. kiadás/1. változat” jelölésű Sugárvédelmi Leírás.
- A Bátor Gergő sugárvédelmi szakértő által elkészített, 2020. március 9-én kelt, „1. kiadás/1. változat” jelölésű Munkahelyi Sugárvédelmi Szabályzat.
- Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja megfizetésének igazolása.
- A Korm. rendelet 7. melléklet szerinti adatlap.

A benyújtott engedélykérelem és mellékleteinek; illetve a kiegészítésként benyújtott dokumentumok vizsgálata alapján megállapítottam, hogy azok megfelelnek a Korm. rendelet 54. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 7. és 8. mellékletében megfogalmazott követelményeknek és megállapítottam, hogy az engedély megadásának feltételei fennállnak.

A tevékenység végzésének a rendelkező rész 1. és 2. pontjában meghatározott feltételét a kérelem dokumentációban megadott adatok alapján határoztam meg. A tevékenység végzésének a rendelkező rész 3. pontjában meghatározott feltételét a Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása érdekében írtam elő.

Az Ügyfél az engedélyezett tevékenységet eddig nem végezte, ezért írtam elő a rendelkező rész 4. és 5. pontjaiban foglalt feltételeket.

A rendelkező rész 4. pontjában leírt feltételt a Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés aa) pontja alapján írtam elő.

A rendelkező rész 5. pontjában leírt feltételt a Korm. rendelet 61. § (1) bekezdés alapján írtam elő.

A fenti indokokra tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Az engedély időbeli hatályát a Korm. rendelet 53. § (3a) bekezdésének figyelembe vételével határoztam meg.

Döntésem jogalapját *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, 81. §-a és *az atomenergiáról* szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Atv.), valamint a Korm. rendelet fent megjelölt rendelkezései képezik.

Az eljárás *az Országos Atomenergia Hivatal egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 4/2016. (III.5.) NFM rendelet (a továbbiakban: NFMr) alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles eljárás. Az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az NFMr 1. melléklete állapítja meg.

Hatáskörömet az Atv. 6. §-a és a 17. § (2) bekezdése, illetékességemet az Atv. 8. § (4) bekezdésének a) pontja állapítja meg.

A döntésem elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (4) bekezdésének a) pontja és az Atv. 8. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A bírósági felülvizsgálat jogalapja az Ákr. 116. § (4) bekezdésének a) pontjára és az Atv. 8. § (1) bekezdésére figyelemmel az Ákr. 114. § (1) bekezdése.

A bírósági felülvizsgálatra *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint 13. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel. A kereset benyújtásának szabályaira, valamint a határozat halasztó hatályának elrendelésére vonatkozó tájékoztatás a Kp. 39. § és 52. § (1) bekezdésének rendelkezésein, a tárgyalástartásának szabályairól adott tájékoztatás a Kp. 77. § rendelkezésein alapul.

A bírósági eljárási illeték mértékét *az illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése állapítja meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jogról az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Budapest, 2020. április 2.

Az Országos Atomenergia Hivatal főigazgatója,
Fichtinger Gyula nevében

Hullán Szabolcs
főigazgató-helyettes

Erről értesül:

- 1./ SK Battery Manufacturing Kft. (2900 Komárom, Klapka György út 39.)
- 2./ Irattár